

ČINNOSTI CHEMICKÉHO LABORATÓRIA

Chemické laboratórium je súčasťou Skúšobného laboratória SES INSPEKT, s.r.o. TLMAČE akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2017.

Akreditované skúšky:

- **chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, prídavný materiál, ...)** (C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, W, Co, Ti, Al, Sn, Nb, O₂, N₂)
Uvedené prvky je možné stanoviť zo vzorky vo forme triesok alebo z pevnej vzorky iskrovým optickým emisným spektrometrom (okrem O₂, N₂).
- **skúšky tuhých palív a tuhých biopalív** (obsah vody, popola, celkovej síry, prchavej horľaviny, spalné teplo a výpočet výhrevnosti)

Neakreditované skúšky:

- **chemická analýza materiálov na báze medi, hliníka a niklu**
- **stanovenie As a B v oceliach**
- **fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody:** stanovenie CHSK_{Cr} (chemická spotreba kyslíka dichrómanom), BSK₅ (biochemická spotreba kyslíka), pH, NH₄⁺, N-NH₄⁺, rozpustných a nerozpustných látok, NEL (nepolárnych extrahovateľných látok), P_{celk.}
Je možnosť stanovenia aj iných prvkov v odpadových vodách podľa požiadaviek zákazníka (Fe, Ca, Mg, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V, Zn, Na, K, Al, Pb, Ba ...).
- **stanovenie niektorých ukazovateľov vo vodách pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa** – v napájacej, kotlovej a v obehovej vode: konduktivita (elektrolytická vodivosť), celková a zjavná alkalita, tvrdosť, pH, Fe, Cu, Ca, konc. celk. Fe+Mn, SiO₂, rozp. P₂O₅, CHSK_{Mn} (oxidovateľnosť)
- **chemická analýza nánosov rúrok tepelných energetických zariadení, chemická analýza škváry a popola tuhých palív:** straty sušením, straty žíhaním, SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃, TiO₂, CaO, MgO, Mn₃O₄, SO₃, Na₂O, K₂O, P₂O₅, FeO, Fe_{celk.}, R₂O₃, stanovenie jednotlivých prvkov podľa požiadaviek zákazníka

Prístrojové vybavenie chemického laboratória:

- **Optický emisný spektrometer SPECTROMAX**
- **ICP spektrometer SPECTROFLAME MODULA**
- **Spektrofotometer UV-VIS GBC 911 A**
- **Kalorimeter IKA C 2000**
- **Analyzátory LECO CS-244, LECO TC-136, LECO CS-200, LECO TC-500**
- **pH meter, konduktometer WTW inoLab**



Stanovenie obsahu C a S v oceli



Analyzátory LECO TC 136 a LECO CS 244



Optický emisný spektrometer
SPECTROMAX od fy SPECTRO

Meranie elektrolytickej vodivosti
vo vode z prevádzky kotlov



Meranie pH v odpadovej vode



ICP spektrometer
SPECTROFLAME MODULA
fy SPECTRO



Účasť na skúškach spôsobilosti (PT)

Chemické laboratórium sa pravidelne zúčastňuje na skúškach spôsobilosti (PT) v oblasti akreditovaných činností:

- chemická analýza ocelí (SPL-LABMAT s.r.o. Bohumín)
- analýza tuhých palív a tuhých biopalív (TEKO Praha, ORGREZ, a.s. Most)

Cenník skúšok bude zaslaný na požiadanie.

KONTAKT:

*Zdenek Hruz
riaditeľ a konateľ
SES INSPEKT, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE*

*Ing. Mária Selková
vedúca oddelenia chemického laboratória
SES INSPEKT, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE*

*Tel.: +421 36 638 2150
E-mail: zdenek_hruz@ses.sk*

*Tel.: +421 36 638 2187
E-mail: maria_selkova@ses.sk*

web: www.inspekt.sk